



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ KLINIČKI CENTAR VOJVODINE

21000 Novi Sad, Hajduk Veljkova 1

telefon: +381 21/484 3 484

www.kcv.rs, e-mail: uprava@kcv.rs

Број: 204-15-О/2

Дана: 15.10.2015.

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије” бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и члана 18. Статута Клиничког центра Војводине, директор Клиничког центра Војводине је донео следећу:

ОДЛУКУ

о додели уговора за поступак јн 204-15-О за партије број 1 и 3

Као најповољније, у поступку јавне набавке број **204-15-О** – набавка медицинске опреме за потребе Клиника у оквиру Клиничког центра Војводине, за коју је позив за достављање понуда упућен дана 11.09.2015. године, бирају се понуде понуђача:

Партија 1 - Апарат за анестезију - 2ком.

„Ragoso Medical Equipment“ д.о.о., Ђерђа Молнара 2, Нови Сад

Партија 3 - Операционе лампе – 4 ком.

„Ragoso Medical Equipment“ д.о.о., Ђерђа Молнара 2, Нови Сад

Образложење

Клинички центар Војводине из Новог Сада, ул. Хајдук Вељкова 1, као Наручилац, објавио је дана 11.09.2015. године позив за подношење понуде за јавну набавку - набавка медицинске опреме за потребе Клиника у оквиру Клиничког центра Војводине број **204-15-О**, подељену у 6 (шест) партија:

Редни број партије	Назив партије
1.	Апарат за анестезију - 2ком.
2.	Машина за прање ендоскопа
3.	Операционе лампе - 4ком.
4.	Опрема за ригидну трахеобронхоскопију и езофагоскопију код деце
5.	Опрема за флексибилну трахеобронхоскопију
6.	Транспортер за умрле пацијенте - 8ком.

I. Предмет јавне набавке је набавка медицинске опреме за потребе Клиника у оквиру Клиничког центра Војводине.

2. Набавка ће се извршити из средстава АПВ-Управе за капитално улагање, на основу Одлуке о додели средстава по јавном конкурсy за финансирање и суфинансирање пројеката у области здравствене заштите број 136-401-3443/2015-01/08 од 20.07.2015.год.

Спецификација и врста поступка се налазе у Плану набавки Клиничког центра Војводине-5. Измене и допуне Плана набавки, усвојене на седници Управног одбора број XXX, Клиничког центра Војводине за 2015.годину, редни број у Плану набавки КЦВ за 2015.год. 1.1.106, 1.1.107, 1.1.108, 1.1.110, 1.1.111, 1.1.112, конто/позиција у финансијском плану-5125.

3.Процењена вредност набавке, за период од годину дана без ПДВ износи **25.314.064,00 динара**, односно по партијама:

Редни број партије	Назив партије	Процењена вредност без ПДВ, у динарима
1.	Апарат за анестезију - 2ком.	10.800.000,00
2.	Машина за прање ендоскопа	2.500.000,00
3.	Операционе лампе - 4ком.	8.200.000,00
4.	Опрема за ригидну трахеобронхоскопију и езофагоскопију код деце	1.487.664,00
5.	Опрема за флексибилну трахеобронхоскопију	1.270.400,00
6.	Транспортер за умрле пацијенте – 8 ком.	1.056.000,00

4.У овом поступку су учествовали следећи понуђачи:

Ред. број	ПОНУЂАЧ
1.	„Paroco Medical Equipment“ д.о.о., Ђерђа Молнара 2, Нови Сад
2.	Заједничка понуда - „Paroco Medical Equipment“ д.о.о., Ђерђа Молнара 2, Нови Сад и ПТП „Inel“ д.о.о., Позоришни трг 4, Нови Сад
3.	„Draeger tehnika” д.о.о., Данијелова 12-16, Београд

Партија 1 - Апарат за анестезију - 2ком.

У овој партији поступка су учествовала 2 (два) понуђача:

1. „Paroco Medical Equipment“ д.о.о., Ђерђа Молнара 2, Нови Сад
2. „Draeger tehnika” д.о.о., Данијелова 12-16, Београд

Понуда понуђача „Draeger tehnika” д.о.о., Данијелова 12-16, Београд је **неодговарајућа** јер не испуњава услове из техничке спецификације. У конкурсној документацији у поглављу број 3. Опис предмета јавне набавке, у техничкој спецификацији је захтевано следеће: „РЕЕР 0-30 cm H₂O и више“, а понуђач је понудио 2-35 cm H₂O; „проток свежег гаса 0.3 – 18 L/min и већег распона“, а понуђач је понудио 0,2 до 15 L/min. Наручилац је у конкурсној захтевао да апарат за анестезију поседује и „приказ 6 кривих у боји истовремено, при чему се по избору могу приказати криве:

притисак, проток, волумен, анестетик, CO₂, O₂“, а понуђач је понудио истовремени приказ 3 кривуље концентрације CO₂, O₂ и анестетичког средства, притиска у дисајним путевима и удисајног и издисајног протока у реалном времену. Наручилац је у конкурсној захтевао и „електронску регулацију концентрације O₂ у смеси азот оксид-кисеоник од најмање 28 Вол% до 100Вол%, а понуђач је понудио 25% до 100%. Такође, техничком спецификацијом је захтевано „O₂ сигурносни проток за хитну вентилацију подесив преко посебног система 0-10 L/min“, а понуђач је понудио 2-10 L/min.

Понуда понуђача „**Paroco Medical Equipment**“ д.о.о., Ђерђа Молнара 2, Нови Сад је **одговарајућа и прихватљива.**

Директор Клиничког центра Војводине, на основу предлога Комисије за јавну набавку, одлучује да Уговор о јавној набавци додели понуђачу:

„**Paroco Medical Equipment**“ д.о.о., Ђерђа Молнара 2, Нови Сад, укупне вредности понуде без ПДВ-а **7.080.000,00 динара**, односно **8.496.000,00 динара** са ПДВ-ом.

Партија 3 - Операционе лампе – 4 ком.

У овој партији поступка су учествовала 2 (два) понуђача:

1. „**Paroco Medical Equipment**“ д.о.о., Ђерђа Молнара 2, Нови Сад
2. „**Draeger tehnika**“ д.о.о., Данијелова 12-16, Београд

Понуда понуђача „**Draeger tehnika**“ д.о.о., Данијелова 12-16, Београд је **неодговарајућа** јер не испуњава услове из техничке спецификације. У конкурсној документацији у поглављу број 3. Опис предмета јавне набавке, у техничкој спецификацији је захтевано следеће: „радни век LED диода 40.000 до 60.000 часова и више,“ а понуђач је понудио век трајања LED сијалица од приближно 30.000 сати. Такође, у техничкој спецификацији је захтевана “емисија топлоте главног светла < 500 (W/m²)“, а понуђач је понудио 560 W/m².

Понуда понуђача „**Paroco Medical Equipment**“ д.о.о., Ђерђа Молнара 2, Нови Сад је **одговарајућа и прихватљива.**

Директор Клиничког центра Војводине, на основу предлога Комисије за јавну набавку, одлучује да Уговор о јавној набавци додели понуђачу:

„**Paroco Medical Equipment**“ д.о.о., Ђерђа Молнара 2, Нови Сад, укупне вредности понуде без ПДВ-а **7.880.000,00 динара**, односно **9.456.000,00 динара** са ПДВ-ом.

5. Комисија је понуде оценила применом критеријума **економски најповољнија понуда.**

ДИРЕКТОР
КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА ВОЈВОДИНЕ

Проф. др Драган Драшковић

