



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ KLINIČKI CENTAR VOJVODINE

21000 Novi Sad, Hajduk Veljkova 1
telefon: +381 21/484 3 484
www.kcv.rs, e-mail: uprava@kcv.rs

Број: 31-16-О/2
Дана: 22.03.2016.

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије” бр. 124/12, 14/15 И 68/15), а на основу извештаја о стручној оцени понуда, директор Клиничког центра Војводине доноси:

ОДЛУКУ

*о додели уговора за поступак јн 31-16-О за партије бр. 1-9, 11.
и обустави за партију бр. 10.*

Као најповољнија, у поступку јавне набавке број 31-16-О – Дволуменски централни венски катетери за хемодијализу/плазмаферезу и материјал неопходан за спречавање инфекције и тромбозе ЦВК за потребе Клиничког центра Војводине, за коју је позив за достављање понуда упућен дана 02.03.2016. године, бирају се понуде понуђача:

Партија 1 – Сет за ЦВ катетер за хемодијализу са ПРАВИМ АРТ. И ВЕН. КРАЦИМА - 12 френча 16 цм дужине са меким плавим врхом и са протоком у сваком лумену при притиску 100 мм Hg-220мл/мин. и при 200мм Hg – 340 мл/мин

„Проспера“ д.о.о., Бул. краља Александра 309, Београд

Партија 2 – Сет за ЦВ катетер за хемодијализу са ПРАВИМ АРТ. И ВЕН. КРАЦИМА - 12 френча 20 цм дужине са меким плавим врхом и са протоком у сваком лумену при притиску 100мм Hg-220мл/мин. и при 200мм Hg – 340 мл/мин

„Проспера“ д.о.о., Бул. краља Александра 309, Београд

Партија 3 – Сет за ЦВ катетер за хемодијализу са ЗАКРИВЉЕНИМ АРТ. И ВЕН. КРАЦИМА 14 френча 15 цм дужине са меким плавим врхом са шприцем кроз чији клип се може пласирати жица водиља

„Проспера“ д.о.о., Бул. краља Александра 309, Београд

Партија 4 – Сет за ЦВ катетер за хемодијализу са ПРАВИМ АРТ. И ВЕН. КРАЦИМА 12 френча 16 цм дужине са меким плавим врхом обложен комбинацијом антисептика: хлорхексидином и сребро-сулфадиазином

„Проспера“ д.о.о., Бул. краља Александра 309, Београд

Партија 5 – Сет за пласирање катетера са „ High flow“дволуменским катетером 13Ф 175мм са унутрашњим дилататором од термосензитивног полиуретана са закривљеним краковима катетера и бојом кодираним клемама са волуменима кракова израженим на истим, сет осим катетера садржи иглу за пункцију GPN-177, калибрисану водиљу са Ј врхом 0,038“х 700mm,GGW-3870J,капице, дилататор 13Фх150mm,dressing

„Medicon“ д.о.о. Деч, Војвођанска 97, Деч.

Партија 6 – Сет за пласирање катетера са „ High flow“тролуменским катетером 13Ф 175мм са унутрашњим дилататором од термосензитивног полиуретана са закривљеним краковима катетера и бојом кодираним клемама са волуменима кракова израженим на истим, сет осим катетера садржи иглу за пункцију GPN-177, калибрисану водиљу са J врхом 0,038“x 700mm,GGW-3870J,капице, дилататор 13Фx150mm,dressing

„Medicon“ д.о.о. Деч, Војвођанска 97, Деч.

Партија 7 – Сет за пласирање катетера са „ High flow“дволуменским катетером са неотпуштајућом антимикуробном заштитом од бизмута 13Ф 150мм са унутрашњим дилататором од полиуретана са закривљеним краковима катетера и бојом кодираним клемама са волуменима кракова израженим на истим, сет осим катетера садржи иглу за пункцију GPN-177, калибрисану водиљу са J врхом 0,038“x 700mm,GGW-3870J,капице, дилататор 13Фx150mm,dressing

„Medicon“ д.о.о. Деч, Војвођанска 97, Деч.

Партија 8 –Сет за пласирање катетера са „ High flow“дволуменским катетером са неотпуштајућом антимикуробном заштитом од бизмута 13Ф 200мм са унутрашњим дилататором од полиуретана са закривљеним краковима катетера и бојом кодираним клемама са волуменима кракова израженим на истим, сет осим катетера садржи иглу за пункцију GPN-177, калибрисану водиљу са J врхом 0,038“x 700mm,GGW-3870J,капице, дилататор 13Фx150mm,dressing

„Medicon“ д.о.о. Деч, Војвођанска 97, Деч.

Партија 9 – Дволуменски катетер сет за дуготрајну хемодијализу за ретроградно тунелирање са В врхом,15Ф, 27,31 или 50цм дужине од врха до CAFFA, по захтеву наручиоца

„Проспера“ д.о.о., Бул. краља Александра 309, Београд.

Партија 10 –Хронични дијализни дволуменски катетер, 14,5Ф са неваскуларним коаксијалним интродуцером од 5Ф/10цм, ехо иглом 21Г/7цм, 0,018x40cm, Нитинол/Платинастом водич жицом, са тунелатором са жицом водич „ J“ врха 0,038 са маркером, иглом водичем 18Г/7цм, две ињекционе капице, два дилататора од 12Ф и 14Ф.Peelaway Sheata са дилататором од 15Ф, скалпел бр 11 са дијализним катетером лумена од 14,5Ф који омогућава проток од 500 ммHg на дужинама по жељи купца

Обуставља се.

Партија 11 – Ампуле (5мл) 4% раствор Цитрата за одржавање функционалности ЦВК катетера за дијализу-алтернативни антикоагулантни раствор/уместо хепарина/ са додатком хлорхексидина или полихексанида

„Fresenius Medical Care Srbija“ д.о.о., Београдски пут бб, Вршац.

Образложење

Клинички центар Војводине из Новог Сада, Хајдук Вељкова 1, као Наручилац, објавио је дана 02.03.2016. године позив за подношење понуде за јавну набавку број **31-16-О - Дволуменски централни венски катетери за хемодијализу/плазмаферезу и материјал неопходан за спречавање инфекције и тромбозе ЦВК за потребе Клиничког центра Војводине**, подељену по партијама како следи:

Редни број партије	Назив партије
1.	Сет за ЦВ катетер за хемодијализу са ПРАВИМ АРТ. И ВЕН.КРАЦИМА - 12 френча 16 цм дужине са меким плавим врхом и са протоком у сваком лумену при притиску 100 мм Hg-220мл/мин. и при 200мм Hg – 34мл/мин
2.	Сет за ЦВ катетер за хемодијализу са ПРАВИМ АРТ. И ВЕН.КРАЦИМА - 12 френча 20 цм дужине са меким плавим врхом и са протоком у сваком лумену при притиску 100мм Hg-220мл/мин. и при 200мм Hg – 340 мл/мин
3.	Сет за ЦВ катетер за хемодијализу са ЗАКРИВЉЕНИМ АРТ. И ВЕН. КРАЦИМА 14 френча 15 цм дужине са меким плавим врхом са шприцем кроз чији клип се може пласирати жица водиља
4.	Сет за ЦВ катетер за хемодијализу са ПРАВИМ АРТ. И ВЕН. КРАЦИМА 12 френча 16 цм дужине са меким плавим врхом обложен комбинацијом антисептика: хлорхексидином и сребро-сулфадиазинином
5.	Сет за пласирање катетера са „ High flow“дволуменским катетером 13Ф 175мм са унутрашњим дилататором од термосензитивног полиуретана са закривљеним краковима катетера и бојом кодираним клемама са волуменима кракова израженим на истим, сет осим катетера садржи иглу за пункцију GPN-177, калибрисану водиљу са J врхом 0,038“x 700mm,GGW-3870J,капице, дилататор 13Фx150mm,dressing
6.	Сет за пласирање катетера са „ High flow“тролуменским катетером 13Ф 175мм са унутрашњим дилататором од термосензитивног полиуретана са закривљеним краковима катетера и бојом кодираним клемама са волуменима кракова израженим на истим, сет осим катетера садржи иглу за пункцију GPN-177, калибрисану водиљу са J врхом 0,038“x 700mm, GGW-3870J,капице, дилататор 13Фx150mm,dressing
7.	Сет за пласирање катетера са „ High flow“дволуменским катетером са неотпуштајућом антимицробном заштитом од бизмута 13Ф 150мм са унутрашњим дилататором од полиуретана са закривљеним краковима катетера и бојом кодираним клемама са волуменима кракова израженим на истим, сет осим катетера садржи иглу за пункцију GPN-177, калибрисану водиљу са J врхом 0,038“x 700mm, GGW-3870J, капице, дилататор 13Фx150mm, dressing
8.	Сет за пласирање катетера са „ High flow“дволуменским катетером са неотпуштајућом антимицробном заштитом од бизмута 13Ф 200мм са унутрашњим дилататором од полиуретана са закривљеним краковима катетера и бојом кодираним клемама са волуменима кракова израженим на истим, сет осим катетера садржи иглу за пункцију GPN-177, калибрисану водиљу са J врхом 0,038“x 700mm, GGW-3870J, капице, дилататор 13Фx150mm,dressing
9.	Дволуменски катетер сет за дуготрајну хемодијализу за ретроградно тунелирање са В врхом, 15Ф, 27,31 или 50цм дужине од врха до CAFFA,

	по захтеву наручиоца
10.	Хронични дијализни дволуменски катетер, 14,5Ф са неваскуларним коаксијалним интродуцером од 5Ф/10цм, ехо иглом 21Г/7цм, 0,018х40см, Нитинол/Платинастом водич жицом, са тунелатором са жицом водич „ J“ врха 0,038 са маркером, иглом водичем 18Г/7цм, две ињекционе капице, два дилататора од 12Ф и 14Ф. Peelaway Sheeta са дилататором од 15Ф, скалпел бр 11 са дијализним катетером лумена од 14,5Ф који омогућава проток од 500 ммHg на дужинама по жељи купца
11.	Ампуле (5мл) 4% раствор Цитрата за одржавање функционалности ЦВК катетера за дијализу-алтернативни антикоагулантни раствор/уместо хепарина/ са додатком хлорхексидина или полихексанида

- Предмет јавне набавке је дволуменски централни венски катетери за хемодијализу/плазмаферезу и материјал неопходан за спречавање инфекције и тромбозе ЦВК за потребе Клиничког центра Војводине.
- Процењена вредност набавке, за период од једне године, без ПДВ-а износи: **4.620.500,00** динара, односно по партијама:

Редни број партије	Назив партије	Процењена вредност партије, без ПДВ-а, у динарима
1.	Сет за ЦВ катетер за хемодијализу са ПРАВИМ АРТ. И ВЕН. КРАЦИМА - 12 френча 16 цм дужине са меким плавим врхом и са протоком у сваком лумену при притиску 100 мм Hg-220мл/мин. и при 200мм Hg – 340 мл/мин	616.000,00
2.	Сет за ЦВ катетер за хемодијализу са ПРАВИМ АРТ. И ВЕН. КРАЦИМА - 12 френча 20 цм дужине са меким плавим врхом и са протоком у сваком лумену при притиску 100мм Hg-220мл/мин. и при 200мм Hg – 340 мл/мин	132.000,00
3.	Сет за ЦВ катетер за хемодијализу са ЗАКРИВЉЕНИМ АРТ. И ВЕН. КРАЦИМА 14 френча 15 цм дужине са меким плавим врхом са шприцем кроз чији клип се може пласирати жица водиља	102.000,00
4.	Сет за ЦВ катетер за хемодијализу са ПРАВИМ АРТ. И ВЕН. КРАЦИМА 12 френча 16 цм дужине са меким плавим врхом обложен комбинацијом антисептика: хлорхексидином и сребро-сулфадиазином	276.000,00
5.	Сет за пласирање катетера са „ High flow“ дволуменским катетером 13Ф 175мм са унутрашњим дилататором од термосензитивног полиуретана са закривљеним краковима катетера и бојом кодираним клеамама са волуменима кракова израженим на истим, сет осим катетера садржи иглу за пункцију GPN-177, калибрисану водиљу са J врхом 0,038“х	400.000,00

	700mm,GGW-3870J,капице, дилататор 13Фх150mm,dressing	
6.	Сет за пласирање катетера са „ High flow“тролуменским катетером 13Ф 175мм са унутрашњим дилататором од термосензитивног полиуретана са закривљеним краковима катетера и бојом кодираним клемама са волуменима кракова израженим на истим, сет осим катетера садржи иглу за пункцију GPN-177, калибрисану водиљу са J врхом 0,038“x 700mm,GGW-3870J,капице, дилататор 13Фх150mm,dressing	600.000,00
7.	Сет за пласирање катетера са „ High flow“дволуменским катетером са неотпуштајућом антимикуробном заштитом од бизмута 13Ф 150мм са унутрашњим дилататором од полиуретана са закривљеним краковима катетера и бојом кодираним клемама са волуменима кракова израженим на истим, сет осим катетера садржи иглу за пункцију GPN-177, калибрисану водиљу са J врхом 0,038“x 700mm, GGW-3870J,капице, дилататор 13Фх150mm,dressing	200.000,00
8.	Сет за пласирање катетера са „ High flow“дволуменским катетером са неотпуштајућом антимикуробном заштитом од бизмута 13Ф 200мм са унутрашњим дилататором од полиуретана са закривљеним краковима катетера и бојом кодираним клемама са волуменима кракова израженим на истим, сет осим катетера садржи иглу за пункцију GPN-177, калибрисану водиљу са J врхом 0,038“x 700mm,GGW-3870J, капице, дилататор 13Фх150mm, dressing	400.000,00
9.	Дволуменски катетер сет за дуготрајну хемодијализу за ретроградно тунелирање са В врхом,15Ф, 27,31 или 50цм дужине од врха до CAFFA, по захтеву наручиоца	457.500,00
10.	Хронични дијализни дволуменски катетер, 14,5Ф са неваскуларним коаксијалним интродуцером од 5Ф/10цм,ехо иглом 21Г/7цм,0,018x40cm,Нитинол/Платинастом водич жицом,са тунелатором са жицом водич „ J“ врха 0,038 са маркером,иглом водичем 18Г/7цм,две ињекционе капице, два дилататора од 12Ф и 14Ф.Peelaway Sheata са дилататором од 15Ф,скалпел бр 11 са дијализним катетером лумена од 14,5Ф који омогућава проток од 500 ммHg на дужинама по жељи купца	249.500,00
11.	Ампуле (5мл) 4% раствор Цитрата за	1.187.500,00

	одржавање функционалности ЦВК катетера за дијализу-алтернативни антикоагулантни раствор/уместо хепарина/ са додатком хлорхексидина или полихексанида	
--	--	--

3. У овом поступку је учествовало 3 (три) понуђача:

1. „Fresenius Medical Care Srbija“ д.о.о., Београдски пут бб, Вршац
2. „Проспера“ д.о.о., Бул. краља Александра 309, Београд
3. „Medicon“ д.о.о. Деч, Војвођанска 97, Деч

Партија 1 — Сет за ЦВ катетер за хемодијализу са ПРАВИМ АРТ. И ВЕН. КРАЦИМА - 12 френча 16 цм дужине са меким плавим врхом и са протоком у сваком лумену при притиску 100 мм Hg-220мл/мин. и при 200мм Hg – 340 мл/мин

У овој партији поступка је учествовао 1 (један) понуђач- „Проспера“ д.о.о., Бул. краља Александра 309, Београд, и понуда понуђача је **прихватљива**.

Директор Клиничког центра Војводине, на основу предлога комисије за јавну набавку доноси одлуку да уговор о јавној набавци додели понуђачу:

„Проспера“ д.о.о., Бул. краља Александра 309, Београд, укупне вредности понуде без ПДВ-а **616.000,00 динара**, односно **677.600,00 динара** са ПДВ-ом.

Партија 2 – Сет за ЦВ катетер за хемодијализу са ПРАВИМ АРТ. И ВЕН. КРАЦИМА - 12 френча 20 цм дужине са меким плавим врхом и са протоком у сваком лумену при притиску 100мм Hg-220мл/мин. и при 200мм Hg – 340 мл/мин

У овој партији поступка је учествовао 1 (један) понуђач- „Проспера“ д.о.о., Бул. краља Александра 309, Београд, и понуда понуђача је **прихватљива**.

Директор Клиничког центра Војводине, на основу предлога комисије за јавну набавку доноси одлуку да уговор о јавној набавци додели понуђачу:

„Проспера“ д.о.о., Бул. краља Александра 309, Београд, укупне вредности понуде без ПДВ-а **132.000,00 динара**, односно **145.200,00 динара** са ПДВ-ом.

Партија 3 – Сет за ЦВ катетер за хемодијализу са ЗАКРИВЉЕНИМ АРТ. И ВЕН. КРАЦИМА 14 френча 15 цм дужине са меким плавим врхом са шприцем кроз чији клип се може пласирати жица водиља

У овој партији поступка је учествовао 1 (један) понуђач- „Проспера“ д.о.о., Бул. краља Александра 309, Београд, и понуда понуђача је **прихватљива**.

Директор Клиничког центра Војводине, на основу предлога комисије за јавну набавку доноси одлуку да уговор о јавној набавци додели понуђачу:

„Проспера“ д.о.о., Бул. краља Александра 309, Београд, укупне вредности понуде без ПДВ-а **102.000,00 динара**, односно **112.200,00 динара** са ПДВ-ом.

Партија 4 – Сет за ЦВ катетер за хемодијализу са ПРАВИМ АРТ. И ВЕН. КРАЦИМА 12 френча 16 цм дужине са меким плавим врхом обложен комбинацијом антисептика: хлорхексидином и сребро-сулфадиазином

У овој партији поступка је учествовао 1 (један) понуђач- „Проспера“ д.о.о., Бул. краља Александра 309, Београд, и понуда понуђача је **прихватљива**.

Директор Клиничког центра Војводине, на основу предлога комисије за јавну набавку доноси одлуку да уговор о јавној набавци додели понуђачу:

„Проспера“ д.о.о., Бул. краља Александра 309, Београд укупне вредности понуде без ПДВ-а 276.000,00 динара, односно 303.600,00 динара са ПДВ-ом.

Партија 5 – Сет за пласирање катетера са „ High flow“дволуменским катетером 13Ф 175мм са унутрашњим дилататором од термосензитивног полиуретана са закривљеним краковима катетера и бојом кодираним клемама са волуменима кракова израженим на истим, сет осим катетера садржи иглу за пункцију GPN-177, калибрисану водиљу са J врхом 0,038“х 700mm,GGW-3870J,капице, дилататор 13Фх150mm,dressing

У овој партији поступка је учествовао 1 (један) понуђач- „Medicon“ д.о.о. Деч, Војвођанска 97, Деч, и понуда понуђача је **прихватљива**.

Директор Клиничког центра Војводине, на основу предлога комисије за јавну набавку доноси одлуку да уговор о јавној набавци додели понуђачу:

„Medicon“ д.о.о. Деч, Војвођанска 97, Деч укупне вредности понуде без ПДВ-а 400.000,00 динара, односно 440.000,00 динара са ПДВ-ом.

Партија 6 – Сет за пласирање катетера са „ High flow“тролуменским катетером 13Ф 175мм са унутрашњим дилататором од термосензитивног полиуретана са закривљеним краковима катетера и бојом кодираним клемама са волуменима кракова израженим на истим, сет осим катетера садржи иглу за пункцију GPN-177, калибрисану водиљу са J врхом 0,038“х 700mm,GGW-3870J,капице, дилататор 13Фх150mm,dressing

У овој партији поступка је учествовао 1 (један) понуђач- „Medicon“ д.о.о. Деч, Војвођанска 97, Деч и понуда понуђача је **прихватљива**.

Директор Клиничког центра Војводине, на основу предлога комисије за јавну набавку доноси одлуку да уговор о јавној набавци додели понуђачу:

„Medicon“ д.о.о. Деч, Војвођанска 97, Деч, укупне вредности понуде без ПДВ-а 600.000,00 динара, односно 660.000,00 динара са ПДВ-ом.

Партија 7 – Сет за пласирање катетера са „ High flow“дволуменским катетером са неотпуштајућом антимикуробном заштитом од бизмута 13Ф 150мм са унутрашњим дилататором од полиуретана са закривљеним краковима катетера и бојом кодираним клемама са волуменима кракова израженим на истим, сет осим катетера садржи иглу за пункцију GPN-177, калибрисану водиљу са J врхом 0,038“х 700mm,GGW-3870J,капице, дилататор 13Фх150mm,dressing

У овој партији поступка је учествовао 1 (један) понуђач- „Medicon“ д.о.о. Деч, Војвођанска 97, Деч, и понуда понуђача је **прихватљива**.

Директор Клиничког центра Војводине, на основу предлога комисије за јавну набавку доноси одлуку да уговор о јавној набавци додели понуђачу:

„Medicon“ д.о.о. Деч, Војвођанска 97, Деч, укупне вредности понуде без ПДВ-а 200.000,00 динара, односно 220.000,00 динара са ПДВ-ом.

Партија 8 –Сет за пласирање катетера са „ High flow“дволуменским катетером са неопуштајућом антимицробном заштитом од бизмута 13Ф 200мм са унутрашњим дилататором од полиуретана са закривљеним краковима катетера и бојом кодираним клемама са волуменима кракова израженим на истим, сет осим катетера садржи иглу за пункцију GPN-177, калибрисану водиљу са Ј врхом 0,038“x 700mm,GGW-3870J,капице, дилататор 13Фx150mm,dressing

У овој партији поступка је учествовао 1 (један) понуђач- „Medicon“ д.о.о. Деч, Војвођанска 97, Деч, и понуда понуђача је **прихватљива**.

Директор Клиничког центра Војводине, на основу предлога комисије за јавну набавку доноси одлуку да уговор о јавној набавци додели понуђачу:

„Medicon“ д.о.о. Деч, Војвођанска 97, Деч, укупне вредности понуде без ПДВ-а **400.000,00 динара**, односно **440.000,00 динара** са ПДВ-ом.

Партија 9 – Дволуменски катетер сет за дуготрајну хемодијализу за ретроградно тунелирање са В врхом,15Ф, 27,31 или 50цм дужине од врха до САФФА, по захтеву наручиоца

У овој партији поступка је учествовао 1 (један) понуђач- „Проспера“ д.о.о., Бул. краља Александра 309, Београд, и понуда понуђача је **прихватљива**.

Директор Клиничког центра Војводине, на основу предлога комисије за јавну набавку доноси одлуку да уговор о јавној набавци додели понуђачу:

„Проспера“ д.о.о., Бул. краља Александра 309, Београд, укупне вредности понуде без ПДВ-а **457.500,00 динара**, односно **503.250,00 динара** са ПДВ-ом.

Партија 10 –Хронични дијализни дволуменски катетер, 14,5Ф са неваскуларним коаксијалним интродуцером од 5Ф/10цм, ехо иглом 21Г/7цм, 0,018x40см, Нитинол/Платинастом водич жицом, са тунелатором са жицом водич „ Ј“ врха 0,038 са маркером, иглом водичем 18Г/7цм, две ињекционе капице, два дилататора од 12Ф и 14Ф. Peelaway Sheata са дилататором од 15Ф, скалпел бр 11 са дијализним катетером лумена од 14,5Ф који омогућава проток од 500 ммHg на дужинама по жељи купца

На оглас се није пријавио ниједан понуђач.

Директор Клиничког центра Војводине на основу предлога комисије за јавну набавку доноси одлуку о **обустави** за предметну партију поступка у складу са чланом 109. став 1., Закона о јавним набавкама пошто нису испуњени услови за доделу уговора, односно наручилац у отвореном поступку јавне набавке није добио ни једну понуду.

Партија 11 – Ампуле (5мл) 4% раствор Цитрата за одржавање функционалности ЦВК катетера за дијализу-алтернативни антикоагулантни раствор/уместо хепарина/ са додатком хлорхексидина или полихексанида

У овој партији поступка је учествовао 1 (један) понуђач- „Fresenius Medical Care Srbija“ д.о.о., Београдски пут бб, Вршац, и понуда понуђача је **прихватљива**.

Директор Клиничког центра Војводине, на основу предлога комисије за јавну набавку доноси одлуку да уговор о јавној набавци додели понуђачу:

„Fresenius Medical Care Srbija“ д.о.о., Београдски пут бб, Вршац., укупне вредности понуде без ПДВ-а **1.187.500,00 динара**, односно **1.425.000,00 динара** са ПДВ-ом.

4. У складу са чланом 92. ЗЈН, а због неубичајено ниске цене, одбијене су понуде понуђача: **нема.**
5. Комисија је понуде оценила применом критеријумом **економски најповољнија понуда** који се заснива на следећим елементима:

1. ЦЕНА – по формули..... до 60 пондера

Најнижа цена

Број пондера се одређује по формули = ----- x 60

Понуђена цена

2. КВАЛИТЕТ..... до 40 пондера

- 2.1. Производ са СЕ сертификатом.....10 пондера
- 2.2. Поседовање и примена стандарда квалитета ISO 900110 пондера
- 2.3. Поседовање и примена стандарда квалитета ISO 13485.....10 пондера
- 2.4. Поседовање уговора о заступању или овлашћење (доказ – приложити фотокопију уговора или оверено овлашћење на меморандуму).....10 пондера

Поука о правном леку:

Против ове одлуке понуђач,
односно друго заинтересовано лице
може да поднесе захтев за заштиту права
у року од десет дана од дана
објављивања ове одлуке на
Порталу јавних набавки.
(члан 149. став 6. Закона о јавним набавкама)

