



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ KLINIČKI CENTAR VOJVODINE

21000 Novi Sad, Hajduk Veljkova 1

telefon: +381 21/484 3 484

www.kcv.rs, e-mail: uprava@kcv.rs

Број: 142-17-О/2

Дана: 11.09.2017 .

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а на основу извештаја о стручној оцени понуда, директор Клиничког центра Војводине доноси:

ОДЛУКУ

о додели уговора у поступку јн 142-17-О

Као најповољнија, у поступку јавне набавке број 142-17-О – **Набавка медицинске опреме за потребе клиника Клиничког центра Војводине**, за коју је позив за достављање понуда објављен дана 07.08.2017. године, бирају се понуде понуђача:

Партија 1. – Апарат за аблацију тумора радиоталасном и microwave техником са припадајућом сондом

„Simplex“ д.о.о., Ивановачка бр.27, Београд

Партија 2. – Апарат за ултразвук ока (А и Б scan)

„Oftal С“ д.о.о., Бул. Краља Александра бр. 284, Београд

Образложење

Клинички центар Војводине из Новог Сада, Хајдук Вељкова 1, као Наручилац, објавио је дана 07.08.2017. године позив за подношење понуде за јавну набавку број 142-17-О - **Набавка медицинске опреме за потребе клиника Клиничког центра Војводине**, подељену по партијама како следи:

Редни број партије	Назив партије
1.	Апарат за аблацију тумора радиоталасном и microwave техником са припадајућом сондом
2.	Апарат за ултразвук ока (А и Б scan)

1. Предмет јавне набавке је **набавка медицинске опреме за потребе клиника Клиничког центра Војводине**.
2. Укупна процењена вредност набавке без ПДВ-а износи: **5.192.499,00 динара**, односно по партијама:

Редни број партије	Назив партије	Процењена вредност партије, без ПДВ-а, у динарима
1.	Апарат за аблацију тумора радиоталасном и microwave техником са припадајућом сондом	2.817.499,00
2.	Апарат за ултразвук ока (А и Б scan)	2.375.000,00

3. У овом поступку је учествовало 3 (три) понуђача:

1. „Hapel“ д.о.о., ул. Зрмањска бр.10, Београд
2. „Oftal С“ д.о.о., Бул. Краља Александра бр. 284, Београд
3. „Simplex“ д.о.о., ул. Ивановачка бр.27, Београд

Партија 1. – Апарат за аблацију тумора радиоталасном и microwave техником са припадајућом сондом

У овој партији поступка је учествовао 1 (један) понуђач, „Simplex“ д.о.о., ул. Ивановачка бр.27, Београд, чија је понуда **одговарајућа и прихватљива**.

Директор Клиничког центра Војводине, на основу предлога комисије за јавну набавку доноси одлуку да уговор о јавној набавци додели понуђачу: „Simplex“ д.о.о., Ивановачка бр.27, Београд, укупне вредности понуде без ПДВ **2.800.000,00 динара**, односно **3.360.000,00 динара** са ПДВ.

Партија 2. – Апарат за ултразвук ока (А и Б scan)

У овој партији поступка су учествовала 2 (два) понуђача:

1. „Hapel“ д.о.о., ул. Зрмањска бр.10, Београд
2. „Oftal С“ д.о.о., Бул. Краља Александра бр. 284, Београд

Понуда понуђача „Hapel“ д.о.о., ул. Зрмањска бр.10, Београд је **неодговарајућа и неприхватљива**, јер је увидом у каталог који је понуђач доставио уз своју понуду установљено да понуђени апарат за ултразвук ока (А и Б scan) не испуњава минималне захтеване техничке карактеристике из конкурсне документације.

Наручилац је конкурсној документацији захтевао стабилни апарат који, у основној верзији, треба да располаже са конзолом (рачунаром са монитором, тастатуром, ножним прекидачем, уграђеним апликативним софтвером), А scan и Б scan сондама, ласерским штампачем и колицима за смештај опреме, а понуђени апарат VuPad је портабилни апарат. Наручилац је такође захтевао могућност снимања и понављања видео записа: 10-second, а понуђени апарат не поседују ту могућност. У конкурсној документацији је захтевана брзина аквизиције слике од најмање 25 фрејмова у секунди, а понуђени апарат има брзину аквизиције слике од 20 фрејмова у секунди. Минимални захтевани угао скенирања је 52 степена, док понуђени апарат има угао скенирања од 30 степени. Понуђени апарат има дубину фокуса од 12мм, а наручилац је захтевао дубину фокуса од најмање 25мм. Даље, најмањи захтевани опсег фокуса је 15-35мм, а понуђени апарат има опсег фокуса од 11-13мм. Наручилац је кроз минималне захтеве конкурсне документације такође захтевао да апарат има могућност повезивања на DICOM мреже, верификацију вишеструких симултаних DICOM веза са другим апликацијама (АЕс), упит/проналажење података о пацијентима из електронске медицинске документације EMR, као и складиштење DICOM објеката за EMR архивирање слика и комуникационих система (РАС), док понуђени апарат нема те могућности. Понуђени апарат не поседује карактеристику у виду контроле помоћу ножног прекидача (почетак и завршетак скенирања, снимање итд.), што је наручилац захтевао у конкурсној документацији. Такође, наручилац је захтевао најмање широки LCD color монитор резолуције 1920x1200, а понуђен је монитор резолуције 1280x800.

Цена понуде без ПДВ-а износи **1.790.000,00дин**, а са урачунатим ПДВ-ом износи **2.148.000,00 динара**.

Понуда понуђача „Oftal С“ д.о.о., Бул. Краља Александра бр. 284, Београд је одговарајућа и прихватљива.

Директор Клиничког центра Војводине, на основу предлога комисије за јавну набавку доноси одлуку да уговор о јавној набавци додели понуђачу: „Oftal С“ д.о.о., Бул. Краља Александра 284, Београд, укупне вредности понуде без ПДВ-а 2.374.000,00 динара, односно 2.848.800,00 динара са ПДВ-ом.

4. Понуде које су одбијене, разлоге за њихово одбијање и понуђену цену тих понуда: **Наведено у образложењу за партију бр.2.**
5. У складу са чланом 92. ЗЈН, а због неубичајено ниске цене, одбијене су понуде понуђача: **нема.**
6. У случају да је наручилац добио више од једне одговарајуће и прихватљиве понуде по партијама овог поступка јавне набавке, комисија би понуде оценила применом критеријума: **економски најповољнија понуда**, који се заснива на следећим елементима:

1. УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ-а – по формулидо 80 пондера

Број пондера се одређује по формули = $\frac{\text{Најнижа понуђена цена}}{\text{Понуђена цена}} \times 80$ пондера

2. ГАРАНТНИ ПЕРИОД – по формули до 10 пондера

Број пондера се одређује по формули = $\frac{\text{Понуђени гарантни рок}}{\text{Најдужи понуђени гарантни рок}} \times 10$ пондера

3. РОК ИСПОРУКЕ – по формули до 10 пондера

Број пондера се одређује по формули = $\frac{\text{Најкраћи понуђени рок испоруке}}{\text{Понуђени рок испоруке}} \times 10$ пондера

Поука о правном леку:

Против ове одлуке понуђач,
односно друго заинтересовано лице
може да поднесе захтев за заштиту права
у року од десет дана од дана
објављивања ове одлуке на
Порталу јавних набавки.
(члан 149. став 6. Закона о јавним набавкама)

Сагласан:
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА
НАБАВКЕ

Марко Јанковић, дипл. правник



В.Д. ДИРЕКТОР
КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА
ВОЈВОДИНЕ

Проф. др Петар Сланкаменац