



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ

21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 1
телефон: +381 21/484 3 484
www.kcv.rs, e-mail: uprava@kcv.rs

Број: 153-17-М/2

Дана: 02.10.2017. године

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а на основу извештаја о стручној оцени понуда, директор Клиничког центра Војводине доноси:

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА у поступку јавне набавке број 153-17-М

Као најповољније, у поступку јавне набавке број 153-17-М – **Лична заштитна средства и колективна заштитна средства**, за коју је позив за достављање понуда објављен дана 08.09.2017. године, бирају се понуде понуђача:

Партија 1. Лична заштитна средства

„MEDICOM“ д.о.о., ул. Поцерска бр.3, Шабац

Партија 2. Колективна заштитна средства

„MEDICOM“ д.о.о., ул. Поцерска бр.3, Шабац

Партија 3. Лични електронски дозиметри

„КВАРК“ д.о.о., ул. Карађорђева бр. 33, Крагујевац

Образложење

Клинички центар Војводине из Новог Сада, Хајдук Вељкова 1, као наручилац, објавио је дана 08.09.2017. године позив за подношење понуде за јавну набавку 153-17-М – **Лична заштитна средства и колективна заштитна средства**.

1. Предмет јавне набавке је **Лична заштитна средства и колективна заштитна средства**, подељена по партијама:

Партија 1. Лична заштитна средства

Партија 2. Колективна заштитна средства

Партија 3. Лични електронски дозиметри

2. Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи: 2.500.000,00 динара, односно, по партијама:

РБ	Назив	Процењена вредност
1.	Лична заштитна средства	835.000,000
2.	Колективна заштитна средства	1.500.000,00
3.	Лични електронски дозиметри	165.000,00

3. У овом поступку је учествовало 6 понуђача и то:

1. „ДЕМ“ Раковачка бр. 32, Нови Сад,

2. „ММ MEDICAL SOLUTIONS“ д.о.о., Кајмакчаланска бр. 13, Београд,

3. „ТИМ Цо“ д.о.о., Јована Рајића бр. 5ц, Београд,



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ

21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 1
телефон: +381 21/484 3 484
www.kev.rs, e-mail: uprava@kev.rs

4. „КВАРК“ д.о.о., Карађорђева бр. 33, Крагујевац,
5. „ИОН“ д.о.о., Булевар Михајла Пупина бр. 11/53, Београд,
6. „MEDICOM“ д.о.о., Поцерска бр.3, Шабац.

Партија 1. Лична заштитна средства

РБ	Назив понуђача	Цена понуде без ПДВ-а
1.	„ДЕМ“ Раковачка бр. 32, Нови Сад	830.000,00
2.	„ММ MEDICAL SOLUTIONS“ д.о.о., Кајмакчаланска	764.000,00
3.	„ТИМ ЦО“ д.о.о., Јована Рајића бр. 5ц, Београд	-
4.	„КВАРК“ д.о.о., Карађорђева бр. 33, Крагујевац	786.000,00
5.	„ИОН“ д.о.о., Булевар Михајла Пупина бр. 11/53, Београд	783.829,92
6.	„MEDICOM“ д.о.о., Поцерска бр.3, Шабац	608.820,00

Понуде које су одбијене, разлоге за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:

Понуда понуђача „ТИМ ЦО“ д.о.о., ул. Јована Рајића бр. 5ц, Београд је **неодговарајућа и неприхватљива**. Понуђач није доставио потписану и оверену изјаву из поглавља „3. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова“, као ни попуњен и оверен из поглавља „9.А ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ“. На основу свега изнетог наручилац је оценио понуду понуђача као неодговарајућу и неприхватљиву, из разлога што исти не испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке, односно иста садржи битне недостатке из члана 106. Закона о јавним набавкама, те се из исте не могу утврдити ни захтеване техничке карактеристике тражених и понуђених добара, као ни њихова цена. Понуђене цене нема.

Понуда понуђача „КВАРК“ д.о.о., Карађорђева бр. 33, Крагујевац, је **неодговарајућа**. У поглављу 2. ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, *Партија број 1: Лична заштитна средства, тачка 5. Гонадална заштита – комада 1*, наручилац захтева оловни еквивалент 1 mm. Увидом у понуду понуђача, односно достављени каталог произвођача, наручилац је увидео да понуђач нуди добро које је испод захтеваног минимума техничких карактеристика траженог добра, односно понуђач нуди добро оловног еквивалента од 0,50 mm. Укупна вредности понуде без ПДВ-а **786.000,00 динара**, односно **943.200,00 динара** са ПДВ-ом.

Понуде осталих понуђача су **одговарајуће и прихватљиве**.

Директор Клиничког центра Војводине, на основу предлога комисије за јавну набавку доноси одлуку да уговор о јавној набавци додели понуђачу „MEDICOM“ д.о.о., Поцерска бр.3, Шабац, укупне вредности понуде без ПДВ-а **608.820,00 динара**, односно **730.584,00 динара** са ПДВ-ом.

Партија 2. Колективна заштитна средства

РБ	Назив понуђача	Цена понуде без ПДВ-а
1.	„КВАРК“ д.о.о., Карађорђева бр. 33, Крагујевац	1.424.600,00
2.	„ИОН“ д.о.о., Булевар Михајла Пупина бр. 11/53, Београд	489.748,37
3.	„MEDICOM“ д.о.о., Поцерска бр.3, Шабац	1.156.000,00



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ

21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 1
телефон: +381 21/484 3 484
www.kev.rs, e-mail: uprava@kcv.rs

Понуде које су одбијене, разлоге за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:

Понуда понуђача „**КВАРК**“ д.о.о., Карађорђева бр. 33, Крагујевац, је **неодговарајућа**. У поглављу 2. ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, *Партија број 2: Колективна заштитна средства, под А) Потребно је набавити заштитне завесице за пацијентни сто рендген апарата произвођача „Siemens“ модел „Axiom Artis“*, наручилац је захтевао да „Носећа шипка треба да се састоји из три дела“, потом да „Трећи део носача, ширине најмање 47, као и да може да се скида и монтира на носећу шипку, како би се прилагодио потребама корисника“, затим да „Између првог и другог, као и између другог и трећег дела заштите, мора постојати „зглоб“ који омогућава померање другог тј. трећег дела заштите ближе или даље од пацијентног стола, ради боље заштите особља и прилагођавања потребама посла“ као и да „четврти део заштите, који представља горњу заштиту, која се монтира на трећи део носеће шипке.“. Увидом у понуду понуђача, односно достављени каталог произвођача, наручилац је увидео да понуђач нуди добро које нема носећу шипку, те се она ни не састоји из три дела, самим тим не постоји засебан трећи део који би се могао скидати и монтирати на постојећу шипку, а не постоје ни тражени зглобови између првог и другог, односно другог и трећег дела заштите. Понуђено добро, означено у каталогу, не садржи четврти део заштите, који представља горњу заштиту. Укупна вредности понуде без ПДВ-а **1.424.600,00 динара**, односно **1.709.520,00 динара** са ПДВ-ом.

Понуда понуђача „**ИОН**“ д.о.о., Булевар Михајла Пупина бр. 11/53, Београд, је **неодговарајућа**. У поглављу 2. ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, *Партија број 2: Колективна заштитна средства, под А) Потребно је набавити заштитне завесице за пацијентни сто рендген апарата произвођача „Siemens“ модел „Axiom Artis“*, наручилац је захтевао „Носећа шипка треба да се састоји из три дела“. Увидом у понуду понуђача, односно достављени каталог произвођача, наручилац је увидео да понуђач нуди добро које се састоји из два дела, те сходно томе не испуњава минималне техничке карактеристике одређене конкурсном документацијом.

Такође, наручилац је детаљним увидом у понуду понуђача, односно достављени каталог произвођача, утврдио да понуђач нуди доњу заштиту делова од 79cm, а конкурсном документацијом наручилац је захтевао најмање 117cm доњу заштиту делова, те сходно и у овом делу не испуњава минималне техничке карактеристике одређене конкурсном документацијом. Укупна вредности понуде без ПДВ-а **489.748,37 динара**, односно **587.698,04 динара** са ПДВ-ом.

Понуда понуђача „**MEDICOM**“ д.о.о., Поцерска бр.3, Шабац, је **одговарајућа и прихватљива**.

Директор Клиничког центра Војводине, на основу предлога комисије за јавну набавку доноси одлуку да уговор о јавној набавци додели понуђачу „**MEDICOM**“ д.о.о., Поцерска бр.3, Шабац, укупне вредности понуде без ПДВ-а **1.156.000,00 динара**, односно **1.387.200,00 динара** са ПДВ-ом.

Партија 3. Лични електронски дозиметри

РБ	Назив понуђача	Цена понуде без ПДВ-а
1.	„ТИМ Цо“ д.о.о., Јована Рајића бр. 5ц, Београд	-
2.	„КВАРК“ д.о.о., Карађорђева бр. 33, Крагујевац	159.400,00
3.	„ИОН“ д.о.о., Булевар Михајла Пупина бр. 11/53, Београд	159.000,00



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ

21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 1
телефон: +381 21/484 3 484
www.kcv.rs, e-mail: uprava@kcv.rs

Понуде које су одбијене, разлоге за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:

Понуда понуђача „ТИМ ЦО“ д.о.о., ул. Јована Рајића бр. 5ц, Београд је **неодговарајућа и неприхватљива**. Понуђач није доставио потписану и оверену изјаву из поглавља „3. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова“, као ни попуњен и оверен из поглавља „9.Ц ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ“. На основу свега изнетог наручилац је оценио понуду понуђача као неодговарајућу и неприхватљиву, из разлога што исти не испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке, односно иста садржи битне недостатке из члана 106. Закона о јавним набавкама, те се из исте не могу утврдити ни захтеване техничке карактеристике тражених и понуђених добара. Понуђене цене нема.

Понуда понуђача „ИОН“ д.о.о., Булевар Михајла Пупина бр. 11/53, Београд је **неприхватљива**. Понуђач није доставио одговарајући доказ захтеван тачком 2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА. У току контроле поднетих понуда, наручилац је дана 27.09.2017. године упутио допис-додатну контролу понуде понуђача „ИОН“ д.о.о., те захтевао да достави на увид оригинал или оверену копију једног од тражених додатних услова наведених у конкурсној документацији.

Дана 29.09.2017. године, понуђач је наручиоцу доставио доказ који по стручној оцени наручиоца не одговара доказу захтеваном у додатном услову, односно понуђач доставља оверену копију овлашћења издатог од стране произвођача POLIMASTER, која не садржи име и презиме обученог лица овлашћеног од стране произвођача за сервис опреме из предметне партије, већ се исто односи само на овлашћење „ИОН“ д.о.о., за слање електронских дозиметара произвођачу POLIMASTTER ради сервиса (што није било предвиђено као доказ додатног услова).

Дато овлашћење од стране произвођача POLIMASTER није у складу са траженим доказима из конкурсне документације.

Такође, понуђач се позива на додатно појашњење број 1, у којем је наручилац навео „да тако одређивање додатног услова ни на један начин не спречава нити ограничава будућег добављача да уколико дође до потребе сервисирања електронског дозиметра, исти сервисира на правилан начин и уколико је неопходно пошаље у земљу произвођача ради сервисирања“, те се понуђач позива да је сматрао да је његова обавеза била само да испоручи електронске дозиметре и сервисира на правилан начин.

Наручилац скреће пажњу да давањем додатног појашњења број 1, не значи да понуђачи не треба да испуне додатни услов и доставе доказ за исти предвиђен конкурсном документацијом, већ само да наручилац не улази у начин реализације захтеваног сервиса.

Сходно свему наведеном наручилац је одбио понуду понуђача као неприхватљиву, јер као таква садржи битне недостатке у складу са чланом 106. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама. Укупна вредности понуде без ПДВ-а **159.000,00 динара**, односно **190.800,00 динара** са ПДВ-ом.

Понуда понуђача „КВАРК“ д.о.о., Карађорђева бр. 33, Крагујевац, је **одговарајућа и прихватљива**.

Директор Клиничког центра Војводине, на основу предлога комисије за јавну набавку доноси одлуку да уговор о јавној набавци додели понуђачу „КВАРК“ д.о.о., Карађорђева бр. 33, Крагујевац, укупне вредности понуде без ПДВ-а **159.400,00 динара**, односно **191.280,00 динара** са ПДВ-ом.



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ


21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 1
телефон: +381 21/484 3 484
www.kcv.rs, e-mail: uprava@kcv.rs

4. Понуде које су одбијене, разлоге за њихово одбијање и понуђену цену тих понуда:
Наведено у образложењу.
5. У складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама, а због неубичајено ниске цене,
одбијене су понуде понуђача: нема.
6. Комисија је понуде оценила применом критеријума: најнижа понуђена цена.

Поука о правном леку:


Против ове одлуке понуђач,
односно друго заинтересовано лице
може да поднесе захтев за заштиту права
у року од пет дана од дана
објављивања ове одлуке на
Порталу јавних набавки.

20 Сагласан:


Марко Јанковић, дипл. правник



2
В.Д. ДИРЕКТОР
КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА
ВОЈВОДИНЕ


Проф. др Петар Сланкаменац