



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ KLINIČKI CENTAR VOJVODINE

21000 Novi Sad, Hajduk Veljkova 1
telefon: +381 21/484 3 484
www.kcv.rs, e-mail: uprava@kcv.rs

Број: 184-17-О/2

Дана: 05.12.2017.

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије” бр. 124/12, 14/15 И 68/15), а на основу извештаја о стручној оцени понуда, директор Клиничког центра Војводине доноси:

ОДЛУКУ

о додели уговора у поступку ЈН бр. 184-17-О

Као најповољнија, у поступку јавне набавке број **184-17-О Набавка пацијент монитора за Клинику за хематологију у оквиру Клиничког центра Војводине**, за коју је позив за достављање понуда објављен дана 18.10.2017. године, бира се понуда понуђача:

„Drager tehnika“ д.о.о., ул. Данијелова бр. 12-16, Београд

Образложење

Клинички центар Војводине из Новог Сада, Хајдук Вељкова 1, као Наручилац, објавио је дана 18.10.2017. године позив за подношење понуде за јавну набавку број **184-17-О Набавка пацијент монитора за Клинику за хематологију у оквиру Клиничког центра Војводине**.

1. Предмет јавне набавке је **набавка пацијент монитора за Клинику за хематологију у оквиру Клиничког центра Војводине**.
2. Процењена вредност набавке без ПДВ-а износи **4.506.666,00 динара**.
3. У овом поступку је учествовало 4 (четири) понуђача:
 1. **„Profesional Medic“ д.о.о.** ул. Карађорђева бр. 124а, Ритопек
 2. **„Drager tehnika“ д.о.о.**, ул. Данијелова бр. 12-16, Београд
 3. **„Медипро МПМ“ д.о.о.**, ул. Снежане Хрепевник бр. 32, Београд
 4. **„Дем“ д.о.о.**, ул. Раковачка бр. 32, Нови Сад

Понуда понуђача **„Drager tehnika“ д.о.о.**, ул. Данијелова бр. 12-16, Београд је **одговарајућа и прихватљива**.

4. Понуде које су одбијене, разлоге за њихово одбијање и понуђену цену тих понуда:

1. Понуда понуђача **„Profesional Medic“ д.о.о.** ул. Карађорђева бр. 124а, Ритопек је **неприхватљива**, јер понуђач уз понуду није доставио тражено средство обезбеђења, како је захтевано конкурсном документацијом, што у складу са чланом 106. ЗЈН став 1. тачка 3) представља битан недостатак понуде. Такође, исти понуђач није доставио доказе о испуњености додатних услова, што у складу са чланом 106. ЗЈН став 1. тачка 2) представља битан недостатак понуде. Цена понуде без ПДВ-а износи **2.688.000,00 динара**, док са ПДВ-ом износи **3.225.600,00 динара**.

2. Понуда понуђача „Медипро МПМ“ д.о.о., ул. Снежане Хрепевник бр. 32, Београд је **неодговарајућа** и **неприхватљива**, јер је понуђач за следеће техничке карактеристике доставио изјаву произвођача као доказ поседовања истих:

- Складиштење података минимум 24 часа са резолуцијом података од 30 секунди
- Приказ складиштених података у табеларном и графичком формату
- Табеларни тренд у 1-, 5-, 15-, 30- или 60-минутном формату
- Графички тренд у 1-, 2-, 4-, 8-, 12- или 24-часовном формату
- Уз сваки монитор обавезно се испоручује:
 - 5-жилни ЕКГ,
 - SpO2 сензор,
 - 3 манжентне за NIBP
 - Вишекратни температурни сензор
 - универзални носач за медицинску шину, носач мора имати интегрисане дистанце који смањује оптерећење на медицинску шину
- Два комплета пацијент кабла за мерење 12 каналног ЕКГ компатибилна са свим мониторима

Такође, у брошури коју је понуђач доставио уз своју понуду, наведено је да је тежина монитора 8кг, а конкурсном документацијом је захтевана максимална тежина монитора 7кг. Понуђач је доставио изјаву у којој потврђује да је тежина монитора 8кг, али ако би се уклонио модул за CO2 и штампач, тежина монитора би била мања. У конкурсној документацији наручилац је захтевао да пацијент монитори мере капнографију Mainstream и Sidestream, те је неопходно да се у склопу монитора испоруче и модули за капнографију.

Наручилац је на страни 14/38 конкурсне документације јасно навео начин на који могу да се докажу све захтеване техничке карактеристике: „Наручилац захтева да понуђач достави оригиналне каталоге произвођача за сва понуђена добра и да у истим значи добра која нуди (нпр. ставка 1, ставка 2...). Прихватиће се и копија каталога, извод из каталога, штампани примерак електронског каталога, као и каталог на страном језику са слободним преводом уз обавезно приложену изјаву да је исти веродостојан и да апсолутно одговара оригиналном каталогу произвођача.“

Такође, наручилац је 27.10.2017. године објавио додатно појашњење конкурсне документације у којем је на питање потенцијалног понуђача да ли ће прихватити упутство за употребу, у којем би био означен део тражених техничких карактеристика, тј. део ставки које се доказују, још једном навео да ће прихватити сваки релевантан доказ који недвосмислено показује да понуђено добро поседује минимално захтеване карактеристике. Достављена изјава свакако није релевантан доказ, а и није доказ какав је захтевао наручилац у својој конкурсној документације.

Цена понуде без ПДВ-а износи **2.362.200,00 динара**, док са ПДВ-ом износи **2.834.640,00 динара**.

3. Понуда понуђача „Дем“ д.о.о., ул. Раковачка бр.32, Нови Сад је **неодговарајућа** и **неприхватљива**, јер је понуђач за следеће техничке карактеристике доставио изјаву као доказ поседовања истих:

- Уз сваки монитор обавезно се испоручује:
 - 5-жилни ЕКГ,
 - SpO2 сензор,
 - 3 манжентне за NIBP
 - Вишекратни температурни сензор

- универзални носач за медицинску шину, носач мора имати интегрисане дистанце који смањује оптерећење на медицинску шину
- Два комплекта пацијент кабла за мерење 12 каналног ЕКГ компатибилна са свим мониторима

Наручилац је на страни 14/38 конкурсне документације јасно навео начин на који могу да се докажу све захтеване техничке карактеристике: „Наручилац захтева да понуђач достави оригиналне каталоге произвођача за сва понуђена добра и да у истим означи добра која нуди (нпр. ставка 1, ставка 2...). Прихватиће се и копија каталога, извод из каталога, штампани примерак електронског каталога, као и каталог на страном језику са слободним преводом уз обавезно приложену изјаву да је исти веродостојан и да апсолутно одговара оригиналном каталогу произвођача.“

Такође, наручилац је 27.10.2017. године објавио додатно појашњење конкурсне документације у којем је на питање потенцијалног понуђача да ли ће прихватити упутство за употребу, у којем би био означен део тражених техничких карактеристика, тј. део ставки које се доказују, још једном навео да ће прихватити сваки релевантан доказ који недвосмислено показује да понуђено добро поседује минимално захтеване карактеристике. Достављена изјава свакако није релевантан доказ, а и није доказ какав је захтевао наручилац у својој конкурсној документације.

Цена понуде без ПДВ-а износи **3.603.600,00 динара**, док са ПДВ-ом износи **4.424.320,00 динара**.


- У складу са чланом 92. ЗЈН, а због неубичајено ниске цене, одбијене су понуде понуђача: **нема**.
- Комисија је понуде оценила применом критеријума: **економски најповољнија понуда**, који је одређен конкурсном документацијом предметног поступка јавне набавке.
- Директор Клиничког центра Војводине, на основу предлога комисије за јавну набавку доноси одлуку да уговор о јавној набавци додели понуђачу „**Drager tehnika**“ д.о.о., ул. Данијелова бр. 12-16, Београд, укупне вредности понуде без ПДВ-а **4.440.000,00 динара**, односно **5.328.000,00 динара** са ПДВ-ом.

Поука о правном леку:

Против ове одлуке понуђач,
односно друго заинтересовано лице
може да поднесе захтев за заштиту права
у року од десет дана од дана
објављивања ове одлуке на
Порталу јавних набавки.
(члан 149. став 6. Закона о јавним набавкама)

Сагласан:
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА
НАБАВКЕ

Марко Јанковић, дипл. правник



В.Д. ДИРЕКТОР
КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА
ВОЈВОДИНЕ

Проф. др Петар Сланкаменац