



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ KLINIČKI CENTAR VOJVODINE

21000 Novi Sad, Hajduk Veljkova 1
telefon: +381 21/484 3 484
www.kcv.rs, e-mail: uprava@kcv.rs

Број: 127-18-О/11
Дана: 03 JUL 2018

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а на основу извештаја о стручној оцени понуда, директор Клиничког центра Војводине доноси:

ОДЛУКУ

о додели уговора у поступку ЈН бр. 127-18-О

Као најповољнија, у поступку јавне набавке број 127-18-О – **Набавка филтера, папира за апарате, вакуум епрувета и повески за потребе Клиничког центра Војводине**, за коју је позив за достављање понуда објављен дана 04.06.2018. године, бирају се понуде понуђача:

Р. бр. партије	Назив партије	Понуђач
1.	Филтери	„Medi Ray“ д.о.о., ул. Шуматовачка бр. 48, Београд
2.	ЕКГ, ЦТГ, УЗ и лабораторијски папир	„Velebit“ д.о.о., Булевар Војводе Степе бр. 64, Нови Сад
3.	Вакуум епрувете	„Vicor“ д.о.о., Булевар Маршала Толбухина бр. 42, Нови Београд
4.	Повеска за вађење крви	„Grosis“ д.о.о., ул. Пантелејска бр. 77, Ниш
5.	Вакуум епрувете за седиментацију за THERMA NE auto аналајзер произвођача Linear	„Scor“ д.о.о., ул. Светозара Марковића бр. 22, Ниш

Образложење

Клинички центар Војводине из Новог Сада, Хајдук Вељкова 1, као Наручилац, објавио је дана 04.06.2018. године позив за подношење понуде за јавну набавку број 127-18-О – **Набавка филтера, папира за апарате, вакуум епрувета и повески за потребе Клиничког центра Војводине**, подељену по партијама како следи:

Редни број партије	Назив партије
1.	Филтери
2.	ЕКГ, ЦТГ, УЗ и лабораторијски папир
3.	Вакуум епрувете
4.	Повеска за вађење крви
5.	Вакуум епрувете за седиментацију за THERMA NE auto аналајзер произвођача Linear

1. Предмет јавне набавке је **набавка филтера, папира за апарате, вакуум епрувета и повески за потребе Клиничког центра Војводине**.

2. Укупна процењена вредност набавке за период од годину дана без ПДВ-а износи: **14.604.400,00** динара, односно по партијама:

Редни број партије	Назив партије	Процењена вредност партије, без ПДВ-а, у динарима
1.	Филтери	1.126.000,00
2.	ЕКГ, ЦТГ, УЗ и лабораторијски папир	1.388.350,00
3.	Вакуум епрувете	11.394.050,00
4.	Повеска за вађење крви	168.000,00
5.	Вакуум епрувете за седиментацију за THERMA NE auto аналајзер произвођача Linear	528.000,00

3. У овом поступку је учествовало 7 (седам) понуђача:

1. „**Biotec Medical**“ д.о.о., ул. Ресавска бр. 2, Београд
2. „**Drager tehnika**“ д.о.о., ул. Данијелова бр. 12-16, Београд
3. „**Medi Ray**“ д.о.о., ул. Шуматовачка бр. 48, Београд
4. „**Vicor**“ д.о.о., Булевар Маршала Толбухина бр. 42, Нови Београд
5. „**Scor**“ д.о.о., ул. Светозара Марковића бр. 22, Ниш
6. „**Grosis**“ д.о.о., ул. Пантелејска бр. 77, Ниш
7. „**Velebit**“ д.о.о., Булевар Војводе Степе бр. 64, Нови Сад

Партија 1. – Филтери

У овој партији поступка је учествовало 3 (три) понуђача:

1. „**Biotec Medical**“ д.о.о., ул. Ресавска бр. 2, Београд
2. „**Drager tehnika**“ д.о.о., ул. Данијелова бр. 12-16, Београд
3. „**Medi Ray**“ д.о.о., ул. Шуматовачка бр. 48, Београд

Понуда понуђача „**Biotec Medical**“ д.о.о., ул. Ресавска бр. 2, Београд, је **неодговарајућа**, јер је увидом у документацију коју је понуђач доставио уз своју понуду, утврђено следеће:

- За ставку бр.1 је понуђен филтер са продукцијом влаге од 31mg H₂O, а наручилац је у конкурсној документацији захтевао продукцију влаге од минимум 32mg H₂O.
- За ставку бр. 2 је понуђен филтер са отпором од 1,9cm H₂O при протоку од 30l/min, а наручилац је у конкурсној документацији захтевао филтер са отпором мањим од 3cm H₂O при протоку од 60l/min. Понуђач нигде у достављеној документацији није навео колики је отпор при траженом протоку од 60l/min.
- За ставку бр. 3 је понуђен филтер са отпором од 2,3cm H₂O при протоку од 30l/min, а наручилац је у конкурсној документацији захтевао филтер са отпором мањим од 3cm H₂O при протоку од 60l/min. Понуђач нигде у достављеној документацији није навео колики је отпор при траженом протоку од 60l/min.
- За ставку бр. 4 је понуђен филтер са отпором од 1,4cm H₂O при протоку од 20l/min, а наручилац је у конкурсној документацији захтевао филтер са отпором мањим од 3,2cm H₂O при протоку од 15l/min. Понуђач нигде у достављеној документацији није навео колики је отпор при траженом протоку од 15l/min.

Цена понуде без ПДВ-а износи **997.200,00 динара**, а са урачунатим ПДВ-ом износи **1.196.640,00 динара**.

Понуда понуђача „**Drager tehnika**“ д.о.о., ул. Данијелова бр. 12-16, Београд, је **неодговарајућа**, јер је увидом у документацију коју је понуђач доставио уз своју понуду, утврђено следеће:

- За ставку бр. 2 је понуђен филтер тежине 23g, а наручилац је у конкурсној документацији захтевао филтер тежине до 20g.
- За ставку бр. 3 је понуђен филтер тежине 39g, а наручилац је у конкурсној документацији захтевао филтер тежине до 25g.

Цена понуде без ПДВ-а износи **728.000,00 динара**, а са урачунатим ПДВ-ом износи **873.600,00 динара**.

Понуда понуђача „**Medi Ray**“ д.о.о., ул. Шуматовачка бр. 48, Београд је **одговарајућа и прихватљива**.

Директор Клиничког центра Војводине, на основу предлога комисије за јавну набавку доноси одлуку да уговор о јавној набавци додели понуђачу: „**Medi Ray**“ д.о.о., ул. Шуматовачка бр. 48, Београд, укупне вредности понуде без ПДВ-а **1.121.200,00 динара**, односно **1.345.440,00 динара** са ПДВ-ом.

Партија 2. – ЕКГ, ЦТГ, УЗ и лабораторијски папир

У овој партији поступка је учествовао 1 (један) понуђач:

„**Velebit**“ д.о.о., Булевар Војводе Степе бр. 64, Нови Сад, чија је понуда **одговарајућа и прихватљива**.

Директор Клиничког центра Војводине, на основу предлога комисије за јавну набавку доноси одлуку да уговор о јавној набавци додели понуђачу: „**Velebit**“ д.о.о., Булевар Војводе Степе бр. 64, Нови Сад, укупне вредности понуде без ПДВ-а **1.388.350,00 динара**, односно **1.666.020,00 динара** са ПДВ-ом.

Партија 3. – Вакуум епрувете

У овој партији поступка је учествовао 1 (један) понуђач:

„**Vicor**“ д.о.о., Булевар Маршала Толбухина бр. 42, Нови Београд, чија је понуда **одговарајућа и прихватљива**.

Директор Клиничког центра Војводине, на основу предлога комисије за јавну набавку доноси одлуку да уговор о јавној набавци додели понуђачу: „**Vicor**“ д.о.о., Булевар Маршала Толбухина бр. 42, Нови Београд, укупне вредности понуде без ПДВ-а **11.359.086,00 динара**, односно **13.376.723,20 динара** са ПДВ-ом.

Партија 4. – Певеска за вађење крви

У овој партији поступка је учествовало 3 (три) понуђача:

1. „**Vicor**“ д.о.о., Булевар Маршала Толбухина бр. 42, Нови Београд
2. „**Scor**“ д.о.о., ул. Светозара Марковића бр. 22, Ниш
3. „**Grosis**“ д.о.о., ул. Пантелејска бр. 77, Ниш

Понуде свих понуђача су **одговарајуће и прихватљиве**.

Редни број	Назив понуђача	Цена без ПДВ-а, у динарима
1.	„Grosis“ д.о.о., ул. Пантелејска бр. 77, Ниш	70.000,00
2.	„Scor“ д.о.о., ул. Светозара Марковића бр. 22, Ниш	93.000,00
3.	„Vicor“ д.о.о., Булевар Маршала Толбухина бр. 42, Нови Београд	159.400,00

Директор Клиничког центра Војводине, на основу предлога комисије за јавну набавку доноси одлуку да уговор о јавној набавци додели понуђачу: „Grosis“ д.о.о., ул. Пантелејска бр.77, Ниш, укупне вредности понуде без ПДВ-а **70.000,00 динара**, односно **84.000,00 динара** са ПДВ-ом.

Партија 5. – Вакуум епрувете за седиментацију за THERMA NE auto аналајзер произвођача Linear

У овој партији поступка је учествовао 1 (један) понуђач:

„Scor“ д.о.о., ул. Светозара Марковића бр. 22, Ниш, чија је понуда **одговарајућа и прихватљива**.

Директор Клиничког центра Војводине, на основу предлога комисије за јавну набавку доноси одлуку да уговор о јавној набавци додели понуђачу: „Scor“ д.о.о., ул. Светозара Марковића бр. 22, Ниш, укупне вредности понуде без ПДВ-а **528.000,00 динара**, односно **636.600,00 динара** са ПДВ-ом.


- Понуде које су одбијене, разлоге за њихово одбијање и понуђену цену тих понуда: **наведено у образложењу.**
- У складу са чланом 92. ЗЈН, а због неубичајено ниске цене, одбијене су понуде понуђача: **нема.**
- Комисија је понуде оценила применом критеријума **најнижа понуђена цена.**

Поука о правном леку:

Против ове одлуке понуђач,
односно друго заинтересовано лице
може да поднесе захтев за заштиту права
у року од десет дана од дана
објављивања ове одлуке на
Порталу јавних набавки.
(члан 149. став 6. Закона о јавним набавкама)

Сагласан:
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА
НАБАВКЕ

Марко Јанковић, дипл. правник



В.Д. ДИРЕКТОР
КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА
ВОЈВОДИНЕ

Проф. др Петар Сланкаменац