



Број: 184-18-О/3-15
Дана: 22.10.2018.године

ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ 15

ПИТАЊЕ

Наведено је у прилогу.

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА

Одговор на питање бр. 1

Наручилац остаје при условима из конкурсне документације.

Одговор на питање бр. 2

Наручилац остаје при условима из конкурсне документације, из разлога што је у првобитној документацији тражио да се навлака не скида па је из тог разлога тражена температура до 70С.

Одговор на питање бр. 3

Наручилац остаје при условима из конкурсне документације.

Одговор на питање бр. 4

Наручилац остаје при условима из конкурсне документације.

Одговор на питање бр. 5

Наручилац остаје при условима из конкурсне документације.

Одговор на питање бр. 6

Наручилац остаје при условима из конкурсне документације.

С поштовањем,

Комисија за јавну набавку 184-18-О

Predmet: "Zahtev za dodatnim objašnjenjima u vezi konkursne dokumentacije u Otvorenom postupku broj 184-18-O - Nabavka dušeka za potrebe Kliničkog centra Vojvodine"

Poštovani,

Obraćamo Vam se u vezi dobijanja dodatnih objašnjenja shodno članu 63. Zakona o javnim nabavkama, a radi pravilne izrade ponude za Otvoreni postupak broj 184-18-O, raspisan sa strane vaše ustanove.

Smatramo da renomirana zdravstvena ustanova na tercijarnom nivou kao što je Klinički centar Vojvodine treba da nabavlja medicinske dušeke a ne dušeke za široku primenu na nivou hostela, prenoćišta ili domaćinstva. Stoga nam nije jasno zašto ste promenili prvobitne zahteve u konkursnoj dokumentaciji Otvorenog postupka broj 184-18-O koji definišu nabavku **medicinskih dušeka**.

Takođe nam nije jasno da niko iz Kliničkog centra Vojvodine nije odgovorio na postavljena pitanja u vezi razlike medicinskih dušeka i dušeka za široku namenu. Napominjemo da ležanje na dušecima u bolnicama koji nisu medicinski može dovesti do stvaranja dekubitusa (rana od ležanja) čije je lečenje skupo, dugotrajno, iziskuje lekove i bolno je i sveukupno štetno za zdravlje pacijenata. Takođe medicinske navlake za dušeke nisu iste kao za dušeke široke namene jer sprečavaju prodiranje izlučevina, krvi, znoja do dušeka čime se dušek inficira i oštećuje a zatim postaje izvor zaraze za pacijente i medicinsko osoblje.

Sve gore pomenuto i još više je regulisano standardima i normama koje ispituju laboratorije i akreditovane ustanove kako u inostranstvu tako i u Srbiji. Zato je potrebno da proizvođači **medicinskih dušeka** imaju standard ISO 13485 i potvrdu iz Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije. ALIMS je ustanova koja kontroliše sve parametre i standarde koje treba da ispunjavaju medicinska sredstva (u ovom slučaju medicinski dušeci) kako bi ista mogla biti puštena u promet i koristiti se u zdravstvenim ustanovama Republike Srbije.

Takođe naručilac zahteva donošenje uzoraka dušeka što se svodi na pijacnu nabavku a ne uverenje koje se dobija od jedine ustanove nadležne u Republici Srbiji a to je ALIMS (Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije).

Sertifikate kojima se dokazuju karakteristike iz laboratorija imaju domaći proizvođači koji ispituju svoje proizvode. Inostrani proizvođači medicinskih dušeka imaju CE sertifikat i DOC (Declaration of Conformity- deklaraciju o usaglašenosti) čijim se dostavljanjem ispunjavaju sve karakteristike i ispitivanja koja sprovode inostrane laboratorije a kontroliše ALIMS koji izdaje dozvolu za puštanje u promet medicinskog sredstva.

Molimo Vas da nam pojasnite sledeće stavke iz konkursne dokumentacije i da odgovorite na postavljena pitanja kako sledi:

1. U konkursnoj dokumentaciji na strani 5/45 za partiju br.2 stavka 1 zahteva se: „Dušek sa visokootpornom sunderastom penom gustine minimum 45 kg/m³, pogodan za pacijente sa niskim rizikom od razvoja dekubitusa“.

Pitanje:

Renomirani svetski proizvođač bolničkih kreveta i dušeka, čiji ste vi inače korisnici, koristi gustinu dušeka od 40 kg/m³ što je sasvim odgovarajuće tvrdoće i elastičnosti dušeka visokog kvaliteta za medicinske namene. Navedena gustina dušeka je sasvim adekvatna primeni istih u uslovima intenzivne nege, te vas pitamo da li je prihvatljiva izmena konkursne dokumentacije u ovom stavu tako da isti sada glasi:

„Dušek sa visokootpornom sunderastom penom gustine minimum 40 kg/m³, pogodan za pacijente sa niskim rizikom od razvoja dekubitusa“?

2. U konkursnoj dokumentaciji na strani 5/45 za partiju br.2 stavka 3 zahteva se: „Dimenzije dušeka minimalno od 198 do 200x85x18 cm“.

Pitanje:

Standard u visini medicinskih dušeka je 14 cm. Standardne su i dužine dušeka i one su od 198-200 cm. Standardna širina dušeka je 85 cm ili 90 cm. Visina dušeka je deklarirana iz bezbednosnih razloga jer se većom visinom dušeka povećava visina pacijenta na krevetu što povećava rizik od padanja i otežava izlazak i penjanje na krevet. Prvobitno ste stavili ovu meru, koja potpuno odgovara dušek u medicinsku namenu.

Na osnovu gore navedenog, da li se prihvata izmena konkursne dokumentacije u navedenom stavu, te da isti sada glasi: „Dimenzije dušeka od 198 do 200x85x14 cm“?

3. U konkursnoj dokumentaciji na strani 5/45 za partiju br.2 stavka 6 zahteva se: „Navlake dušeka mogu se prati na temperaturi do 95°C“.

Pitanje 3.:

Zbog sastava navlake dušeka koja mora biti vodonepropusna i paropropusna za kožu pacijenta, učestalim pranjem na visokim temperaturama narušava se funkcionalnost i oblik navlake i onda je neupotrebljiva, ošteti se i teško navlači na dušek. Zbog zadržavanja svojstva navlake i posle višekratnog pranja u garantnom roku mnogi proizvođači deklariraju nešto nižu propisanu temperaturu pranja navlake. Takođe ste u prvobitnoj formi konkursne dokumentacije tražili da se navlake mogu prati na temperaturi do 70°C.

Na osnovu gore navedenih činjenica, da li se prihvata izmena konkursne dokumentacije u navedenom stavu i vraćanje na prvobitni zahtev tako da sada glasi: „Navlake dušeka mogu se prati na temperature do 70°C“?

4. U prvobitno objavljenoj konkurnoj dokumentaciji na strani 5/45 za partiju br.2 postojao je zahtev: „Dušeci su propusni na „X“ zrake“.

Pitanje:

Smatramo da kreveti intezivne i poluintezivne nege moraju imati dušeke koji omogućavaju primenu mobilnih Rentgen aparata što znači da dušeci treba da budu propusni na „X“ zrake. Na ovaj način se omogućava da teški pacijenti mogu da se snimaju na krevetu bez potrebe premeštanja na dijagnostički sto, čime se drastično olakšava rad i pacijent štedi od velikih napora i potencijalnih rizika od pada, loma, povreda, itd.

Shodno navedenom u gornjem stavu, da li se prihvata da se ovaj zahtev vrati nazad kao bitan zahtev za zdravlje pacijenta i za rad osoblja, tako da glasi kao i prvobitno: „Dušeci su propusni na „X“ zrake“?

5. U prvobitno objavljenoj konkurnoj dokumentaciji na strani 5/45 za partiju br.2 postojao je zahtev: „Navlake su bakteriostatske, fungostatske, poliuretanske (Latex free)“.

Pitanje:

Smatramo da kreveti intezivne i poluintezivne nege moraju imati dušeke sa navlakama koji omogućavaju najveću moguću zaštitu dušeka i pacijenata koji leže na njima. Ovo je veoma bitno za zdravlje pacijenata naročito onih koji leže na odelenjima intenzivne nege, jer su ovi pacijenti sa slabim imunitetom, te bakterije, buđ i infekcije lako napadaju slabe organizme i dovode pacijente u kritično zdravstveno stanje.

Imajući u vidu navedeno u gornjem stavu, da li se prihvata da se ovaj prvobitni zahtev konkurne dokumentacije vrati te da glasi: „Navlake su bakteriostatske, fungostatske, poliuretanske (Latex free)“?

6. U prvobitno objavljenoj konkurnoj dokumentaciji na strani 5/45 za partiju br.2 postojao je zahtev za: Dušek za strečere, model: P8005 ili „odgovarajuće“.

Pitanje:

Da li je Naručilac odustao od nabavke original dušeka za strečere Hill-Rom, model: P8005 i odlučio se samo za „odgovarajuće“ od drugih proizvođača? U prvobitnoj konkurnoj dokumentaciji je navedeno za koji model strečera se traže dušeci a u poslednjoj verziji toga nema? Takođe su dodati neki zahtevi koje ispunjavaju određeni ponuđači a kojima se diskredituje proizvođač originalnih dušeka za tražene strečere. Ponuđač brenda čiji dušeci su predmet nabavke konkurne dokumentacije ne bi trebao da dokazuje da ima sve tražene dokaze da su dušeci odgovarajući, već da bi trebalo biti dovoljna potvrda proizvođača istih dušeka i strečera da nudi original dušeke za navedene strečere. Ostali ponuđači koji nude odgovarajuće dušeke, bi tada trebalo da dostave dokaze koje tražite.

Shodno gore navedenom, da li se prihvata dopuna konkurne dokumentacije, tako da sada uvede novi stav koji glasi: „Isporučilac dušeka za traženi model strečera P8005 može dostaviti izjavu ili potvrdu proizvođača kojom dokazuje da će ponuditi original dušek za strečer P8005, bez potrebe dostavljanja drugih dokaza“?

U nadi da ćete pozitivno odgovoriti na postavljena pitanja i omogućiti konkurentnost i jednakost ponuđača (shodno članovima 10 i 12 Zakona o javnim nabavkama) i omogućiti renomiranom svetskom proizvođaču opreme koja je predmet ove Javne nabavke da može da učestvuje u Otvorenom postupku broj 184-18-O, srdačno vas pozdravljamo!