



**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ**  
Аутономна покрајина Војводина, Република Србија  
Хајдук Вељкова 1, 21000 Нови Сад,  
т: +381 21/484 3 484, е-адреса: [uprava@kcv.rs](mailto:uprava@kcv.rs)  
[www.kcv.rs](http://www.kcv.rs)

Број: 112-19-О/11-3-2

Дана: 02.08.2019. године

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а на основу извештаја о стручној оцени понуда, директор Клиничког центра Војводине доноси:

**ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ**  
***о додели уговора у поступку ЈН бр. 112-19-О***  
***за партију бр. 3***

Као најповољније, у поступку јавне набавке број 112-19-О - **Набавка медицинске опреме I за потребе клиника Клиничког центра Војводине**, за коју је позив за достављање понуда објављен дана 06.05.2019. године, за партију бр. 3 - **Болнички кревети са душецима, ноћни ормарићи, стречери, терапијска колица и колица за превежање за Клинику за абдоминалну и ендокрину хирургију**, бира се понуда понуђача:

„**AV TRADE**“ д.о.о.  
ул. Билећка бр.14, Београд

**Образложење**

Клинички центар Војводине из Новог Сада, Хајдук Вељкова бр. 1, као Наручилац, објавио је дана 06.05.2019. године позив за подношење понуде за јавну набавку број 112-19-О - **Набавка медицинске опреме I за потребе клиника Клиничког центра Војводине**, подељену по партијама:

Редни број партије	Назив партије
1.	Сет инструмената за проктологију за Клинику за абдоминалну и ендокрину хирургију
2.	Колоноскоп и холедохоскоп са неопходним додацима за Клинику за абдоминалну и ендокрину хирургију
3.	Болнички кревети са душецима, ноћни ормарићи, стречери, терапијска колица и колица за превежање за Клинику за абдоминалну и ендокрину хирургију
4А.	Моторни систем за операциону салу на Клиници за ортопедску хирургију и трауматологију
4Б.	Моторни систем за операциону салу Клинике за ортопедску хирургију и трауматологију у Ургентном центру
5.	Контејнери за хирушке инструменте за Клинику за ортопедску хирургију и трауматологију
6.	Операциони сто за Клинику за ортопедску хирургију и трауматологију

7.	Портабилни ултразвучни апарат за Ургентни центар
8.	Мобилни РТГ апарат са Ц луком за графије и скопије за Ургентни центар
9.	Аспирационе пумпе за торокалну дренажу за Ургентни центар
10А.	Мобилни аспиратор
10Б.	Струјно/батеријски аспиратор
11.	Хирушки инструменти за мале интервенције за Службу операционих сала
12.	Машине за прање и сушење хирушких инструмената за Службу операционих сала
13.	Контејнери за хирушке инструменте за Службу операционих сала

Клинички центар Војводине је дана 25.07.2019. године на Порталу јавних набавки и на сопственој интернет страници објавио одлуку о додели уговора бр. 112-19-О/11-3, по којој је уговор о јавној набавци додељен понуђачу „MedicoLine“ д.о.о. ул. Рајићева бр. 36, Ниш. У складу са чланом 110. Закона о јавним набавкама, понуђач „АВ TRADE“ д.о.о. ул. Билећка бр.14, Београд је дана 30.07.2019. године извршио увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке, а дана 31.07.2019. године је послао приговор на одлуку о додели уговора, којим оспорава стручну оцену понуде понуђача „MedicoLine“ д.о.о. Након детаљног разматрања достављеног приговора, комисија у поступку јавне набавке је поново прегледала комплетну документацију достављену у поступку јавне набавке и констатовала следеће:

1. Предмет јавне набавке је **набавка медицинске опреме I за потребе клиника Клиничког центра Војводине.**
2. Укупна процењена вредност набавке износи: **109.124.232,00** динара без ПДВ-а, односно за партију бр. 3:

Редни број партије	Назив партије	Процењена вредност партије у динарима без ПДВ-а
3.	Болнички кревети са душецима, ноћни ормарићи, стречери, терапијска колица и колица за превијање за Клинику за абдоминалну и ендокрину хирургију	17.663.200,00

3. У овој партији поступка су учествовала 2 (два) понуђача:

1. „АВ TRADE“ д.о.о. ул. Билећка бр. 14, Београд
2. „MedicoLine“ д.о.о. ул. Рајићева бр. 36, Ниш

Понуда понуђача „АВ TRADE“ д.о.о. ул. Билећка бр.14, Београд је одговарајућа и прихватљива.

4. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:

Понуда понуђача „MedicoLine“ д.о.о. ул. Рајићева бр. 36, Ниш је **неодговарајућа и неприхватљива.**

Наручилац је у конкурсној документацији за партију бр. 3, ствака бр. 3, захтевао болнички кревет са хидрауличном променом висине и оградама. Увидом у упутство за употребу које је достављено од стране АЛИМС-а, наручилац је констатовао да за понуђени модел кревета MATRIX 20, не постоји могућност да буде израђен у

хидрауличној варијанти, већ само као електрични кревет. На тај начин наручилац је утврдио да опција хидрауличног кревета, која је достављена у каталогу уз понуду, није регистрована у АЛИМС-у. Наручилац је у конкурсној документацији под тачком 3.5. захтевао лежећу плочу од лако скидајућа четири сегмента, 900мм x 2000мм ± 20мм, а са екстензијом 2200мм ± 20мм. У достављеном Упутству за употребу од стране АЛИМС-а, после слике за моделе MATRIX 20 и MATRIX 30 на следећој страници се налази легенда, и под тачком 15. пише да је продужетак за стопала (екстензија) 220 мм и да се односи на моделе T40, T60 и T80, односно не односи се за понуђени модел T20. То значи да не постоји могућност екстензије за модел T20. Наручилац је у конкурсној документацији под тачком 3.10. захтевао да се сегмент горењег дела ногу мануелно подешава у минималном распону од 0° до 85°, док је увидом у упутство за употребу од стране АЛИМС-а, установљено да је максимално подизање ножног дела 35°. Наручилац је у конкурсној документацији под тачком 3.13. захтевао да минимално безбедно радно оптерећење (SWL) буде 225кг, док је увидом у упутство за употребу установљено да је минимално безбедно радно оптерећење 185кг. У објављеној конкурсној документацији, наручилац је захтевао да се сегмент горењег дела ногу подешава у распону од 0° до 43°, док је увидом у упутство за употребу установљено да је да максимално подизање ножног дела 35°. Наручилац је у конкурсној документацији под тачком 4.16. захтевао да минимално безбедно радно оптерећење (SWL) буде 250кг, док је увидом у упутство за употребу установљено да је минимално безбедно радно оптерећење 185кг. Под тачком 4.17. захтевана је минимална укупна тежина кревета без додатне опреме од 149кг, док у достављеном упутству за употребу пише да је укупна тежина кревета 134кг. У тачки 4.24. у објављеној конкурсној документацији, код шинских носача за монитирање додатне опреме тражено је да су постављени обострано целом дужином лежеће плоче са минимум 2 куке за уринске кесе, док у Упутству за употребу пише врло експлицитно да се за монтажу носача уклања трећи део кревета и поставља се вешањем на цеви кревета кроз ручице његовог горњег дела, што јасно показује да то нису шине које се постављају целом дужином лежеће плоче. Наручилац је делу који се односи на тачку 5.2 захтевао је да постоји место за одлагање ствари пацијента. У самом Data Sheet-у који је приложио изабрани понуђач на првој страни под називом Base, у првој тачки пише од чега је направљена база стречера и да поседују „other room space“, што је протумачено као место за одлагање ствари пацијента. Међутим у самом Упутству за употребу добијеном од АЛИМС-а пише да пластични прекривач основе стречера није полица за складиштење производа ... итд, што значи да понуђени стречер не поседује место за одлагање ствари пацијента. У позицији под бројем 5.4. наручилац је захтевао распон висина стречера од 470 мм до 800 мм са могућим одступањем од 20мм. У достављеном упутству за употребу пише, да је висина у распону од 565 до 885 мм, што не одговара захтевани димензијама. У позицији 5.14. у конкурсној документацији, наручилац је захтевао да стречер поседује 6 кружних одбојника, 4 по угловима и по 1 на бочним странама. У самом Data Sheet-у који је приложио изабрани понуђач на првој страни под називом Structure, пише: Lateral bumpers made by a metalic ribbon PVC coated, што у тачном преводу значи да је то ПВЦ трака, а не кружни одбојници како је захтевао наручилац. Наручилац је под тачком 7. захтевао терапевтска колица чије су спољне димензије 610 x 600 x 1100 мм, док у достављеном упутству за употребу пише да су спољне димензије 740 x 600 x 1040 мм. Због свега наведеног, понуда је оцењена као **неодговарајућа**.

Даље, наручилац је у конкурсној документацији у делу који се односи на додатне услове за учешће у поступку јавне набавке захтевао да понуђач има најмање једног радно ангажованог сервисера са важећим сертификатима произвођача опреме, а као доказ испуњења траженог услова наручилац је захтевао М-А (стари М2) образац за запослене, односно уговор о привременим и повременим пословима или уговор о допунском раду, или други уговор о радном ангажовању у вези са захтевом предметне јавне набавке, као и сертификат произвођача опреме за радно ангажовано лице.

Понуђач „MedicoLine“ д.о.о. је у оквиру партије бр. 3, понудио добра од стране три различита произвођача: „IMO“, Португалија, „Malvestio“, Италија и „Занатска радња BSP-MGM“, Панчево, Србија. За сервисере Дарка Рота и Игора Нерића понуђач је доставио сертификате произвођача „Malvestio“, Италија, док у М-А обрасцу пише да су наведена лица запослена у фирми „Paroso-commerce“ д.о.о., Нови Сад. То значи да, без обзира што је понуду поднео самостално, понуђач није самостално испунио додатне услове, већ уз помоћ другог правног лица. Фирма „Paroso-commerce“ д.о.о., је дала понуђачу „MedicoLine“ д.о.о. овлашћење за учешће у предметном поступку јавне набавке (да поднесе понуд, потом преговара и потпише уговор са наручиоцем), али не постоји ни један документ који показује везу између предузећа „Paroso-commerce“ д.о.о. и „MedicoLine“ д.о.о., у виду уговора о привременим и повременим пословима, уговора о допунском раду или други уговор о радном ангажовању, а на основу којих би се утврдило да ће наведени сервисери вршити сервисе и поправке у гарантном року. У складу са чланом 106. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама, понуда понуђача „MedicoLine“ д.о.о. је оцењена као **неприхватљива**, јер поседује битне недостатке, односно понуђач није доказао да испуњава додатне услове за учешће у поступку јавне набавке.

Укупна вредност понуде без ПДВ-а износи **13.859.000,00** динара, односно **15.644.800,00** динара са ПДВ-ом.


- У складу са чланом 92. ЗЈН, а због неубичајено ниске цене, одбијене су понуде понуђача: **нема**.
- Комисија је понуду оценила применом критеријума: **најнижа понуђена цена**.
- Директор Клиничког центра Војводине, на основу предлога комисије за јавну набавку доноси одлуку да уговор о јавној набавци додели понуђачу: „**AB TRADE**“ д.о.о. ул. Билећка бр.14, Београд, укупне вредности понуде без ПДВ-а **17.663.200,00** динара, односно **19.924.340,00** динара са ПДВ-ом.

**Поука о правном леку:**

Против ове одлуке понуђач,  
односно друго заинтересовано лице  
може да поднесе захтев за заштиту права  
у року од десет дана од дана  
објављивања ове одлуке на  
Порталу јавних набавки.  
(члан 149. став 6. Закона о јавним набавкама)

Сагласан:  
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА  
НАБАВКЕ

Марко Јанковић, дипл. правник



В.Д. ДИРЕКТОРА  
КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА  
ВОЈВОДИНЕ

Проф. др Едита Стокић